Laboratorio EMC Sitael S.p.A. Via San Sabino 21 70042 Mola di Bari BA	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: **4**	Data: **02/11/2026**
	Sede **A**	pag. **1** di **3**

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Misura dei disturbi condotti/Conducted disturbance measurements - solo/only prova dei distrubi continui tramite LISN 150kHz a 30MHz	CEI EN 55016-2-1:2015/A1:2018/AC:2022, EN 55016-2-1:2014/A1:2017/AC:2020	_	
Misura dei disturbi irradiati/Radiated disturbance measurements - solo/only Misure a 3m in SAC da 30MHz a 6GHz	CEI EN 55016-2-3:2017/A1:2020, CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019/AMD2:2023, EN 55016-2-3:2017/A1:2019/A2:2023	_	
Prova di immunità ad impulso/Surge immunity test - solo/only max 16 A 1 phase	CEI EN 61000-4-5:2016/A1:2018, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017	_	
Prove d'immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza/Radiated radio frequency electromagnetic field immunity test - solo/only da 80 MHz a 6 GHz	CEI EN IEC 61000-4-3:2021, EN IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-3:2020	_	
(*) Prove di immunità a scariche di elettricità statica/Electrostatic discharge immunity test (*) 02/11/2026: prova sospesa	CEI EN 61000-4-2:2011, CEI EN IEC 61000-4-2:2025, EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-2:2025, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-2:2025	_	
Prove di immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radio frequenza/Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test - solo/only (CDN M2-M3-M5 Max 32A, Clamp per I/O Port)	CEI EN IEC 61000-4-6:2023, EN IEC 61000-4-6:2023, IEC 61000-4-6:2023	_	
Prove di immunità ai transitori - raffiche di impulsi elettrici veloci (burst)/Electrical fast transient - burst immunity test - solo/only max 16 A 1 phase ; I/O Port	CEI EN 61000-4-4:2013, EN 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-4:2012	_	

Apparecchiature elettriche per la misurazione, il controllo e l'uso in laboratorio/Electrical equipment for measurement, control and laboratory use

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Prove di emissioni/Emissions tests - solo/only Misure di emissioni di disturbi irradiati a 3m in SAC da 30MHz a 6GHz e Misura dei disturbi condotti continui tramite LISN 150kHz a 30MHz per correnti max di 32A	CEI EN IEC 61326-1:2022, EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61326-1:2021/A11:2026, IEC 61326-1:2020	_	

Apparecchiature elettromedicali/Medical electrical equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Prove di emissioni/Emissions tests - solo/only Tabella 2 - Misure di emissioni di disturbi irradiati a 3m in SAC da 30MHz a 6GHz e Misura dei disturbi condotti continui tramite LISN 150kHz a 30MHz per correnti max di 32A	CEI EN 60601-1-2:2016/A1:2021, EN 60601-1-2:2015/A1:2021, IEC 60601-1-2:2014/A1:2020	_	

Apparecchiature industriali, scientifiche e medicali/Industrial, scientific and medical equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Prove di emissioni/Emissions tests - solo/only Misure di emissioni di disturbi irradiati da 30MHz a 6GHz a 3m in SAC e Misura dei disturbi condotti sulle porte di alimentazione AC mediante AMN 150kHz a 30MHz corrente max di 32A	CEI EN 55011:2018/A1:2019/A11:2020/A2:2021, CEI EN IEC 55011:2025, CISPR 11:2024, EN 55011:2016/A1:2017/A11:2020/A2:2021, EN IEC 55011:2025	_	

Apparecchiature multimediali/Multimedia equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Prove di emissioni/Emissions tests - solo/only Table A2; A3; A4; A5;A9; A10; A11.1; A11.3; A12.1 (AMN 32 A max)	CEI EN 55032:2015/EC:2018/A1:2021/A11:2020, CISPR 32:2015/Cor1:2016/AMD1:2019, EN 55032:2015/AC:2016/A1:2020/A11:2020	_	

Apparecchiature per applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane: apparecchi di segnalamento e telecomunicazioni/Appliances for railway applications: Signalling and telecommunications apparatus

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Prove di emissioni/Emissions tests	CEI EN 50121-4:2017/A1:2019, EN 50121-4:2016/A1:2019	_	

Laboratorio EMC Sitael S.p.A. Via San Sabino 21 70042 Mola di Bari BA	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: **4** — Data: **02/11/2026**
	Sede **A** — pag. **2** di **3**

Apparecchiature per applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane: materiale rotabile/Appliances for railway applications: Rolling stock - Apparatus

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
(*) Prove di emissioni/Emissions tests, Prove di immunità/Immunity tests - escluso/except prova emissioni armoniche (EN 50121-3-2 tab 1-1.2) (*) 02/11/2026: sospensione parziale limitatamente alla prova di Immunità alle scariche elettrostatiche (ESD)	CEI EN 50121-3-2:2017/A1:2019, EN 50121-3-2:2016/A1:2019	_	

Equipaggiamenti elettronici utilizzati su materiale rotabile/Electronic equipment used on rolling stock

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
(*) Par 13.4.9 - Prove di compatibilità elettromagnetica /Electromagnetic compatibility test - solo/only Prove di immunità ed emissioni/Emissions tests - escluso/except prova emissioni armoniche (EN 50121-3-2 tab 1-1.2) (*) 02/11/2026: sospensione parziale limitatamente alla prova di Immunità alle scariche elettrostatiche (ESD)	CEI EN 50155:2022, CEI EN 50155:2026, EN 50155:2021, EN 50155:2026	_	

Laboratorio EMC Sitael S.p.A. Via San Sabino 21 70042 Mola di Bari BA	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: **4** — Data: **02/11/2026**
	Sede **A** — pag. **3** di **3**

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: III

Apparecchiature per applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane: Materiale rotabile - Treno e veicolo completo/Appliances for railway applications: Rolling stock - Train and complete vehicle

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*Tecnica di prova*	*O&I*
Prove di emissioni/Emissions tests	CEI EN 50121-3-1:2017/A1:2019	_	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della “categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test “category” indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.